

PROMINENT, spol. s r. o.

P.O.Box 8, Komenského nám.338, 767 01 Kroměříž, tel: 573 337 170, 573 342 112, fax: 573 342 453
Technické zastoupení: 679 76 Drnovice 283, mobil: 602 507 010

Nedestruktivní měření kovových železných, neželezných a izolačních tlouštěk vrstev na kovových železných, neželezných a izolačních podkladech metodou zpětného Beta záření.

Kus Popis

- | Kus | Popis |
|------------|--|
| 1 | FISCHERSCOPE MMS PC2 BU
604-355
Mikroprocesorem řízený modulární přístroj – základní jednotka.
Software Windows CE srovnatelný s programy WORD a EXCEL, velký barevný dotykový LCD display s velkým rozlišením 800x600, vnitřní paměť pro více než 1000 aplikací a milion měření (rozšiřitelná paměť), možnost připojení sond z předchozího modelu, lze připojit až 8 sond – modulů, standardní rozhraní pro připojení klávesnice, myši, tiskárny a PC, statistické vyhodnocení naměřených hodnot.
Při objednávce nutno uvést požadovanou řeč. |
| 1 | Modul BETASCOPE MMS PC
603-384
Modul pro přístroj MMS PC měřicího pracoviště. Umožňuje měření tlouštěk vrstev metodou zpětného rozptylu beta záření. |
| 1 | RUČNÍ MĚŘICÍ SONDA Z9NG
600-460
Určena k měření tlouštěk vrstev na rozměrných součástech. Obsahuje GM pouzdro a držák stínících kroužků. |
| 1 | DOSEDACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO Z9NG
600-461
Pro lepší dosednutí měřicí sondy Z9NG na rotačních dílcích. |
| 1 | RUČNÍ MĚŘICÍ SONDA Z15NG-TC
603-173
Určena k měření tlouštěk vrstev olejů a lubrikačních filmů na rozměrných součástech plochých a také na průměrech od 40 do 600 mm.
Obsahuje GM pouzdro a držák stínících kroužků.
Použitelná se zdrojem C-14. |
| 1 | ZDROJ BETA ZÁŘENÍ C-14 s otvorem ϕ20 mm
600-493
Pro měřicí stoly a sondy Z15NG, Z5NGB2 a Z6NG. Pouze ve spojení s adapterem 600-550. |
| 1 | ZDROJ BETA ZÁŘENÍ Pm-147 s otvorem ϕ 0.63 mm
600-488
Pro měřicí stoly a sondy Z14NG, Z8NG, Z9NG a Z11NG1. Pro Z5NGB2 a Z6NG pouze ve spojení s adapterem 600-550. |
| 1 | ZDROJ BETA ZÁŘENÍ Pm-147 – SLOT_ 0.63 mm
600-489
Pro měřicí stoly a sondy Z14NG, Z8NG, Z9NG a Z11NG1. Pro Z5NGB2 a Z6NG pouze ve spojení s adapterem 600-550. |

Bankovní spojení: KB Kroměříž, číslo účtu 417347-691/0100(CZK); 8336100247/0100(EUR)

IČO: 18188788


DIČ: CZ18188788

e-mail: prominent@prominent-km.cz

web: <http://www.prominent-km.cz>

Zapsán v obchodním rejstříku KS Brno, oddíl C, vložka 2655





Kus Popis

- 1 **ZDROJ BETA ZÁŘENÍ TI-204 s otvorem ϕ 0.63 mm
600-490**
Pro měřicí stoly a sondy Z14NG, Z8NG, Z9NG a Z11NG1. Pro Z5NGB2 a Z6NG pouze ve spojení s adaptérem 600-550.

- 1 **ZDROJ BETA ZÁŘENÍ TI-204 – SLOT_ 0.63 mm
600-491**
Pro měřicí stoly a sondy Z14NG, Z8NG, Z9NG a Z11NG1. Pro Z5NGB2 a Z6NG pouze ve spojení s adaptérem 600-550.

- 1 **ADAPTER
600-550**
Pro malé stínící kroužky umístěné na upínači stínění 32mm průměr s vestavěným GM pouzdrem a zdrojem Beta záření řady.

- 1 **SADA KALIBRAČNÍCH NORMÁLŮ Ag/AI TI
600-612**
Měřicí rozsah: 5.0–20 μ m

- 1 **SADA KALIBRAČNÍCH NORMÁLŮ Ag/Ni TI
600-575**
Měřicí rozsah: 5.5–22 μ m

- 1 **SADA KALIBRAČNÍCH NORMÁLŮ Sn/Ni TI
600-581**
Měřicí rozsah: 7.5–35 μ m

- 1 **KALIBRAČNÍ FOLIE PRO C-14
603-310**
Měřicí rozsah: 3.2 μ m

- **Balné**

- **Školení k obsluze přístroje.**

Poznámka:

1. Výše uvedené ceny jsou v EUR.
2. Platba bude provedena v EUR nebo v CZK dle aktuálního kurzu.
3. K celkové ceně bude připočtena částka za dopravu 2 %.
4. Výše uvedené ceny jsou ceny bez daně z přidané hodnoty.
5. Cena zahrnuje návod k obsluze v české řeči.

Záruční doba: 12 měsíců

Pozáruční servis: po dobu obvyklé životnosti přístroje

Dodací lhůta: zboží skladem obratem, ostatní 4-7 týdnů

Platební podmínky: dle dohody